

MATERIAU DE REFERENCE IRSID 1707
ACIER FAIBLEMENT ALLIE contenant 0,77%Cr et 2,75%Ni

SOLD OUT

Elément	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al Total	Cu
Moyenne	0,310	0,320	0,550	0,015	0,010	0,770	0,090	2,750	0,013	0,130

Teneurs exprimées en % en poids .
L'échantillon se présente sous forme d'un disque de 34 mm de diamètre et de 30 mm de hauteur .

Pour ce matériau de référence il n'a pas été possible d'estimer l'écart type des moyennes

Les informations figurant ci-dessus sont issues du dépouillement statistique des résultats obtenus lors du circuit d'analyse de comparaison IRSID n° 82 S _ (D. RAVAINÉ) .

Certificat d'analyse - Edition de Septembre 1999.

IRSID

Voie Romaine - BP 30320 57283 Maizières-les-Metz Cedex - France
Téléphone : 03 87 70 40 88 - Télécopieur : 03 87 70 41 13