

MATERIAU DE REFERENCE IRSID 1713
ACIER FAIBLEMENT ALLIE contenant 0,7%Cr et 3,3%Ni

SOLD OUT

Elément	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al Total	Cu
Moyenne	0,105	0,070	0,380	0,008	0,020	0,710	0,040	3,260	0,035	0,209

Teneurs exprimées en % en poids .
L'échantillon se présente sous forme d'un disque de 30 mm de diamètre et de 30 mm de hauteur .

Pour ce matériau de référence il n'a pas été possible d'estimer l'écart type des moyennes

Les informations figurant ci-dessus sont issues du dépouillement statistique des résultats obtenus lors des circuits d'analyse de comparaison IRSID n° 83S et 94S _ (D. RAVAINÉ) .

Certificat d'analyse - Edition de Septembre 1999.

IRSID

Voie Romaine - BP 30320 57283 Maizières-les-Metz Cedex - France
Téléphone : 03 87 70 40 88 - Télécopieur : 03 87 70 41 13