

MATERIAU DE REFERENCE IRSID 1728
ACIER FAIBLEMENT ALLIE contenant 1,06%Cr et 1,36%Ni

SOLD OUT

Elément	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	As	Cu	Sn	V
Moyenne	0,107	0,415	0,671	0,023	0,033	1,060	0,064	1,360	0,042	0,210	0,02	0,008

Teneurs exprimées en % en poids .
L'échantillon se présente sous forme d'un disque de 35 mm de diamètre et de 30 mm de hauteur .
Les valeurs figurant en italique sont indicatives .

Pour ce matériau de référence il n'a pas été possible d'estimer l'écart type des moyennes

Les informations figurant ci-dessus sont issues du dépouillement statistique des résultats obtenus lors du circuit d'analyse de comparaison IRSID n° 161S _ (D. RAVAINÉ) .

Certificat d'analyse - Edition de Septembre 1999.

IRSID
Voie Romaine - BP 30320 57283 Maizières-les-Metz Cedex - France
Téléphone : 03 87 70 40 88 - Télécopieur : 03 87 70 41 13